

## ANALİZ ÖNCESİ SÜREÇ

(24.03.2020 Tarihli Geçici Döküman)



KLİMUD Laboratuvar Güvenliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu döküman güncel bilgiler doğrultusunda yenilenecektir. Bu dökümanda önerilen akış şeması tavsiye niteliğinde olup kurumsal altyapı farklılıklarından oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak **her kurum kendi risk değerlendirmesini yapmalıdır**.

### ASGARİ GEREKLİLİK

Süreç boyunca KKE kullanılmalıdır. Asgari olarak **tek kullanımlık eldiven** ve **laboratuvar önlüğünü** içermelidir, ayrıca **risk değerlendirmesi** ile tanımlandığı üzere göz koruması ve maske gibi diğer ekipmanları içerebilir. Risk değerlendirmesi yapılırken **pandemi sürecinde ileri aşamalarda kaynak sıkıntısı yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır**.

### ÖRNEK TAŞINMASI

COVID-19 şüpheli/kesin tanı almış hasta örnekleri “**üçlü paketlenme sistemi**” ile taşınmalıdır. İkinci taşıma kabının içine mümkünse birinci taşıma kabının etrafına emici bir kâğıt sarılarak ağzı kilitli poşete konulur. Her bir örnek için bir poşet kullanılması önerilir.

#### Hastane İçinden Laboratuvara Taşıma

Taşıma görevlisi asgari olarak aşağıdaki KKE kullanılmalıdır:

**İş forması/ önlük, tıbbi maske, eldiven** (tercihen çift kat)

#### Halk Sağlığı Laboratuvarına Taşıma

Taşıma görevlisi asgari olarak aşağıdaki KKE kullanılmalıdır:

**Önlük, tıbbi maske, eldiven** (tercihen çift kat)

### BİYOGÜVENLİK DÜZEYİ 2 (BGD-2) LABORATUVAR

#### ÖRNEK KABULÜ

COVID-19 şüpheli veya kesin tanı almış hastalardan alınmış örneklerin laboratuvara kabulü sırasında BGD-2 önlemleri alınır. Ret kriterleri uygulanır.

\*Örnekler çalışılmaya başlanmadan taşıma kabının dış yüzünün uygun dezenfektan ile dezenfekte edilmesi önerilir.

#### Hastane Laboratuvarında

Örnek kabulü çalışanları asgari olarak aşağıdaki KKE kullanılmalıdır:

**Önlük, tıbbi maske, eldiven** (tercihen çift kat)

#### Halk Sağlığı Laboratuvarında

Örnek kabulü çalışanları asgari olarak aşağıdaki KKE kullanılmalıdır:

**Önlük, tıbbi maske, eldiven** (tercihen çift kat)

### BGD-3 veya BGD-2+ LABORATUVAR

Örnek taşınması ve kabulü BGD-2 koşullarını kapsar.

Risk değerlendirmesine göre ek KKE belirlenir.

Bu döküman aşağıda verilmiş olan linklerde yer alan COVID-19 rehberlerinden düzenlenmiştir:

- 1- <https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-guidance-for-clinical-diagnostic-laboratories/wuhan-novel-coronavirus-handling-and-processing-of-laboratory-specimens>
- 2- [https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2937/documents/1\\_covid-19-guidance-for-laboratories.pdf](https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2937/documents/1_covid-19-guidance-for-laboratories.pdf)
- 3- [https://covid-19.alibabacloud.com/?spm=a2c65.11461447.0.0.336b5272F0SUJy#J\\_8102420620](https://covid-19.alibabacloud.com/?spm=a2c65.11461447.0.0.336b5272F0SUJy#J_8102420620)
- 4- <https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html>

